



ZAMAWIAJĄCY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Lekarskie „Alfa” Spółka Jawna
Ryszard Sędziak i Wspólnicy,
ul. Grażyny 9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 5471844059

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia
Aparat USG z systemem biopsji fuzyjnej
33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu na terenie RP

Specyfikacja/parametry techniczne:

1	Aparat USG cyfrowy do zastosowań wielonarządowych, w tym urologicznych, z systemem biopsji fuzyjnej
2	Zakres częstotliwości pracy USG : w przedziale co najmniej 2,0–20,0 MHz
3	Dynamika systemu – min. 185 dB
4	Głębokość skanowania min. 0,5 cm – max.28 cm
5	Monitor min. 19 cali
6	Przyciski na głowicy Start-Stop : funkcja zamrażania i odmrażania obrazu
7	Doppler kolorowy – minimalna prędkość: w przedziale co najmniej 0,1 cm/s – 4,93 m/s
8	Doppler spektralny - minimalna prędkość: w przedziale co najmniej 0,1 cm/s – 8,05 m/s
9	Głowica konweksowa do badań ogólnych, urologicznych, inne jamy brzusznej: - częstotliwość pracy głowicy: w przedziale co najmniej 2,5 – 6,0 MHz - przycisk Start-Stop na głowicy - możliwość współpracy z prowadnicą biopsyjną
10	Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa: - częstotliwość pracy głowicy: w przedziale co najmniej 5,0 – 12,0 MHz - przycisk Start-Stop na głowicy - możliwość współpracy z prowadnicą biopsyjną
11	Zintegrowany system biopsji fuzyjnej z głowicą dwupłaszczyznowa rektalna: zakres częstotliwości w przedziale co najmniej 4,0 – 12,0 MHz
12	Urządzenie wyposażone w baterię umożliwiającą pracę w przypadku braku stałego zasilania
13	Urządzenie mobilne, wózek na skrętnych kołach
14	Zamawiający wymaga zaoferowanie min. 24 miesięcznej odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi liczonej od dnia odbioru końcowego urządzenia

Wszędzie tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach postępowania wskazano znaki towarowe, nazwy handlowe, producentów, modele, konkretne rozwiązania technologiczne, standardy lub pochodzenie produktów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się rozwiązania spełniające co najmniej te same wymagania funkcjonalne, techniczne, jakościowe, użytkowe oraz eksploatacyjne, jak rozwiązania wskazane w dokumentacji. Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego, że oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania określone w OPZ, w szczególności poprzez przedstawienie



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



stosownych opisów, parametrów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających równoważność. Brak użycia sformułowania „lub równoważne” przy wskazaniu konkretnego rozwiązania, producenta lub technologii nie może być interpretowany jako ograniczenie możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych. Wszelkie wskazane parametry należy traktować jako ‘minimalne’ – Wykonawca może zaoferować parametry takie same lub lepsze, o ile zagwarantują osiągnięcie takiego samego lub lepszego efektu diagnostycznego.

KIEROWNIK
NZOZ CENTRUM LEKARSKIEGO
- ALFA -

dr n. med. Ryszard Sędziak

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Lekarskie „ALFA” Spółka Jawna
Ryszard Sędziak i Wspólnicy
43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9
NIP 547-18-44-059, REGON 072171122